



Registered Office
Bio Basic Europe S.r.l.
 Uffici: Via Antonio Panizzi, 10 - 20146 Milano
 Phone: +39 02 4155729 - Fax: 02 41274243
 info@biobasiceurope.it - www.biobasiceurope.it

ISCR. REG. SOC. TRIB. MI 1552357
 CCIAA MI 1511487
 CAP SOC. E 10.845.59
 C.F. PIVA 11930080152



Headquarters
Bio Basic LAB
 Parco Tecnico Scientifico - Pavia University
 Via Taramelli, 24 - 27100 Pavia
 Phone: +39 0382 422887



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
 Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
 "Lazzaro Spallanzani"



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT n.° / nr. 2008N09M1-1

Luogo e data di emissione / Place and data of emission: Pavia, 23/12/2020

Committente / Customer
 CIFRA SPA
 Via Sabbionette, 7
 20843 Verano Brianza (MB)

Descrizione campione fornita dal cliente / Customer sample-description:

Mascherina (90VRE 11965 RH MK)

Campionamento a carico di / Sampling by: CIFRA SPA

Data ricezione campione / Reception data sample: 30/11/2020

Data ricezione campione / Reception data sample (lab in service): 18/12/2020

Data fine analisi / Ending data analysis: 23/12/2020

TEST	Campione/Sample	Unità di misura / Unit of measurement	Risultato/Result	Limiti/Limits
Respirabilità - verifica della pressione differenziale DP UNI EN 14683:2019 APPENDICE C*	1	ΔP/cm2	40	Tipo/Type I < 40 Tipo/Type II < 40 Tipo/Type IIR < 60
	2		40	
	3		39	
	4		40	
	5		39	
			MEDIA= 39,6	

*Test eseguito in Service/Test performed in Service Codice Azienda/Company Code: M0119.

Vista la natura del campione, si è deciso per simulare il reale utilizzo di effettuare il test sulla mascherina completa, con un porta campioni del diametro di 37 mm (diametro utile per la prova 33,0 mm) e di applicare una leggera tensione al tessuto./Given the nature of the sample, it was decided to simulate the real use of carrying out the test on the complete mask, with a sample holder with a diameter of 37 mm (useful diameter for the test 33.0 mm) and to apply a slight tension to the fabric.



Il presente Rapporto di Prova è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. / This test report is digitally signed according to current legislation.

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto all'analisi, così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del laboratorio. Se il campionamento viene eseguito dal cliente il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intero lotto o partita da cui lo stesso è stato prelevato.
 Fine rapporto di prova.

The results reported in this test report are to be referred exclusively to the sample material to be analyzed and as received. This test report can not be totally or partially reproduced without written approval of the laboratory. If sampling is performed by the customer, the Laboratory does not assume any responsibility for the correspondence of analytical data between the received sample and the entire lot or batch from which it was taken.
 End of test report.

Bio Basic Europe S.r.l. - Uffici: Via Antonio Panizzi, 10 - 20146 Milano - Phone: +39 02 41155729
 info@biobasiceurope.it - www.biobasiceurope.it - C.F. P.IVA 11930080152

Headquarters - **Bio Basic LAB** Parco Tecnico Scientifico - Pavia University - Via Taramelli, 24 - 27100 Pavia - Phone +39 0382 422887